

«Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей»

Приказ Минздрава РФ №408н от 10.10.2012г.

В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:

1. Утвердить требования к комплектации медицинскими изделиями набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.

Министр В.И.Скворцов

Приложение к приказу Минздрава РФ от 10.10.2012 г. N 4

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ НАБОРА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

N п/п	Наименование медицинских изделий	Форма выпуска (размер)	Кол-во, 1 менее
1	Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок		
1.1	Жгут кровоостанавливающий	резиновый	6 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский стерильный	5 м x 10 см	12 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный	7 м x 14 см	12 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	5 м x 5 см	12 шт.
1.5	Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок)	N 3	2 шт.
1.6	Бинт эластичный трубчатый (для фиксации повязок)	N 4	2 шт.
1.7	Пакет перевязочный индивидуальный стерильный		6 шт.
1.8	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия	не менее 50 г	3 шт.
1.9	Лейкопластырь бактерицидный	не менее 1,9 см x 7,2 см	30 шт.
1.10	Лейкопластырь рулонный	не менее 2 см x 5 м	6 шт.
1.11	Салфетки марлевые медицинские стерильные N 10	не менее 16 см x 14 см	6 уп.
1.12	Стерильная салфетка	не менее 40 см x 60 см	10 шт.
1.13	Стерильная салфетка или простыня	не менее 70 см x 140 см	5 шт.
1.14	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное (на основе аллилоксиметанола и лидокаина)	салфетка, не менее 24 x 24 см	10 шт.
2	Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации		
2.1	Дыхательный мешок для проведения искусственного дыхания (однократного применения) для новорожденных, детей, взрослых		1 шт.
3	Медицинские изделия для проведения иммобилизации и фиксации шейного отдела позвоночника		

3.1	Воротник-шина шейная для взрослых		3 шт.
3.2	Воротник-шина шейная для детей		1 шт.
3.3	Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения	длиной не менее 60 см	1 комплс
3.4	Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения	длиной не менее 80 см	1 комплс
3.5	Шины иммобилизационные (заготовки шин) однократного применения	длиной не менее 120 см	1 комплс
3.6	Повязка разгружающая для верхней конечности		3 шт.
4	Медицинские изделия для местного охлаждения		
4.1	Пакет гипотермический		10 шт.
5	Прочие медицинские изделия		
5.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру		4 шт.
5.2	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые	не менее M	18 пар
5.3	Маска медицинская нестерильная 3- слойная из нетканого материала с резинками или с завязками		6 шт.
5.4	Очки или экран защитный для глаз		6 шт.
5.5	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	не менее 12,5 x 11,0 см	18 шт.
5.6	Покрывало спасательное изотермическое	не менее 150 см x 200 см	3 шт.
5.7	Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)	не менее 170 см x 70 см	1 шт.
6	Прочие средства		
6.1	Блок бумажных бланков	не менее 30 листов, размер не менее А7	1 шт.
6.2	Набор карандашей		1 шт.
6.3	Маркер перманентный черного цвета		1 шт.
6.4	Английская булавка стальная со спиралью	не менее 38 мм	3 шт.
6.5	Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий набора для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей		1 шт.
6.6	Мешок полиэтиленовый с зажимом	не менее 20 см x 25 см	6 шт.
6.7	Рюкзак		1 шт.

Примечания

[Набор для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей](#) (далее — набор) подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Медицинские изделия, которыми в соответствии с настоящими требованиями укомплектовывается набор, не подлежат замене.

По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования набор необходимо пополнить.

Не допускается использование, в том числе повторное, медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

Для сбора и утилизации отходов, образовавшихся при оказании первой помощи, необходимо использовать мешок полиэтиленовый с зажимом (подпункт 6.6 настоящих требований).